Открытое акционерное общество
«Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

(ОАО «Концерн Энергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Энергоатом»
«Курская атомная станция»

АБК-1 Промзона, Курская обл.,
г. Курчатов, 307250
AT 137185 ALXFA RU тел. 5-55-65

Факс (47131) 41849, 54329

E-mail: kuaes@kursk.ru

ОГРН 5087746119951

ИНН 7721632827

На 14.05.2009 № 328-17/9794 от

Начальнику отдела маркетинга
ФГУП «ПО СТАРТ»
Проценко Е.В.
г. Заречный Пензенской обл.
Факс/тел (87412) 60-17-94

Об эксплуатации СТК - 1.

Уважаемая Елена Витальевна!

На Курской АЭС в течении 2008 года проводилась опытная эксплуатация датчиков избыточного давления СТК – 1 в количестве 2-х штук, поставленных Вашим предприятием для опытной эксплуатации. Перед проведением опытной эксплуатации датчикам был проведён входной контроль с проверкой метрологических характеристик.

Во время проведения лабораторных испытаний были проверены функциональные возможности данных датчиков давления. Все датчики соответствуют заявленным метрологическим характеристикам. За время опытной эксплуатации отказов в работе не было. По своим функциональным возможностям датчики не уступают аналогичной продукции, выпускаемой для АЭС предприятиями Российской Федерации.

С целью повышения удобства эксплуатации датчиков давления рекомендуем внести следующие изменения в конструкцию:

- обеспечить датчики встроенным жидкокристаллическим или светодиодным индикатором с постоянным отображением единиц измерения и измеряемого параметра,
- применить выносную кнопку корректировки «нуля»,

Считаем, что реализация вышеуказанных изменений повысит надёжность и функциональные возможности данных датчиков.

С уважением,
Главный инженер Курской АЭС А.В. Увакин
М.И. Выскребенец

Жуков, ТАИ
(47131)53557